

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 848323/2017

Cotação Eletrônica de Preços Siconv: Edital 004/2018

Equipamentos: (26) Camas Hospitalar Tipo Fowler Mecânica, (35) Suportes para Soro, (01) Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, (01) Ventilador Pulmonar e (01) Bipap.

Objetivo

Analisar as propostas referentes à aquisição de equipamentos para serem utilizados na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, mantenedora do Hospital Araújo Jorge.

Análise

Dentre as propostas recebidas temos:

1-MONITOR MULTIPARÂMETROS C/ CAPNOGRAFIA E VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

R&D MEDIQ EQUIPTOS. E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA – apresentou menor proposta para o item Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, modelo RD15, marca R&D MEDIQ, porém após análise técnica, conclui-se que o equipamento não dispõe do recurso instalação futura para modulo transmissão neuromuscular, não atendo as especificações contidas no edital.

PRÓ-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ofertou proposta para o item Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, modelo T7, marca PROLIFE, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento não dispõe do recurso instalação futura para modulo transmissão neuromuscular, não atendo as especificações contidas no edital.

EQUIPAMED EQUIPTOS E PROD. HOSP. EIRELI – ME - apresentou proposta para o item Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, modelo RD15, marca R&D MEDIQ, porém após análise técnica, conclui-se que o equipamento não dispõe do recurso instalação futura para modulo transmissão neuromuscular, não atendo as especificações contidas no edital. A empresa ofertou proposta para o item Ventilador pulmonar, modelo Carmel, marca KTK, após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, porém não ofertou o menor preço.

CIRÚRGICAS CERON EQUIPTOS. HOSP E VET. LTDA – ME - ofertou proposta para o item Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, modelo G3A, marca GENERAL MEDITECH, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento não dispõe do recurso instalação futura para modulo transmissão neuromuscular, não atendo as especificações contidas no edital.

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ofertou proposta para o item Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, modelo BENEVIEW T8, marca Mindray, que após análise técnica,



conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas do edital, porém não ofertou menor preço. A empresa ofertou proposta para o item Ventilador pulmonar, modelo IX5, marca INTERMED, após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, porém não ofertou o menor preço.

MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A - A empresa ofertou proposta para o item Ventilador Pulmonar, modelo Fleximag, marca Magnamed, após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, porém não ofertou o menor preço.

SUSAKI & SANTOS LTDA - ofertou proposta para o item Monitor Multiparâmetros c/ Capnografia, modelo BSM-6701, marca NIHON KOHDEN, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas do edital, sagrando vencedora do item em questão.

LEISTUNG QUIPAMENTOS LTDA - ofertou proposta para o item Ventilador Pulmonar, modelo LUFT 3, marca LEISTUNG, após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas e ofertou o menor proposta, sagrando-se vencedora do item em questão.

2-CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA E SUPORTE P/ SORO

NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica, modelo MS 10.109, marca Medi Saúde após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo MS 22.004, marca Medi Saúde, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PROD. HOSP. LTDA - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica, modelo UTI - 51.80, marca UTI Médica, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, pois não apresentou na proposta o teste SALTSPRAY, conforme solicitado em edital, assim como menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo OM 232.1, marca Ortomed, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

MEDICENTER PROD. HOSP. LTDA – ME - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo RB - 3006-6, marca Inalamed, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, não apresentou rodízios de 6”, assim como o indicador de ângulo e o teste Saltspray, conforme solicitado no edital e não ofertou o menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo RD-2050-2, marca Inalamed, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

RC MÓVEIS LTDA - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo RC 102, marca RC MÓVEIS, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
www.accg.org.br

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of an official, is located in the bottom right corner of the page.

atende as especificações técnicas, pois não apresentou na proposta o teste SALTSPRAY, conforme solicitado em edital, assim como menor preço.

DEGRAUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – ME - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo UTI 5176, marca UTI Médica, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, pois não apresentou na proposta o teste SALTSPRAY, conforme solicitado em edital, assim como menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo UTI 5904, marca UTI MÉDICA, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

NICOVIDA MEDICAL CARA IND. E COM. EIRELI – EPP apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo 1140, marca NICOVIDA, após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo 1931, marca NICOVIDA, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo D.686-D, marca DÉLCIO, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, não apresentou rodízios de 6”, assim como o indicador de ângulo, capacidade de 170 Kg e não apresentou o teste SALTSPRAY, conforme solicitado no edital e não ofertou o menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo D.564-1, marca Délcio, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA & TEC. EM SEGURANÇA LTDA - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo UTI 5180, marca UTI MÉDICA, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, pois não apresentou na proposta o teste SALTSPRAY, conforme solicitado em edital, assim como menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo UTI 5904, marca UTI MÉDICA, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo ALF-CH AC01, marca ALFRS, após análise da proposta, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, pois não apresentou na proposta o teste SALTSPRAY, conforme solicitado em edital. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo ALF SSI, marca ALFRS, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

VEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fawler mecânica, modelo UTI 5180, marca UTI MÉDICA, após análise técnica, conclui-se que o equipamento não atende as especificações técnicas, por não ter apresentado o teste SALTSPRAY e não ofertou o menor preço. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo 5904, marca UTI MÉDICA, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as



especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

TARCAL COMÉRCIO DE MAQ. AP. E EQUIPTOS EIRELLI – ME_- A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo ORTOMED, marca ORTOMED, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço.

MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica, modelo MS 10.109, marca Medi Saúde após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas contidas no edital, sagrando-se vencedora do item em questão. A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo MS 22.004, marca Medi Saúde, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, e ofertou o menor preço, sagrando vencedora dos itens em questão.

3-BIPAP


MARCA MÉDICA COM. E SERVIÇOS EIRELLI EPP - A empresa ofertou proposta para o item suporte de soro, modelo S-1200-1, marca SALUTEM, que após análise técnica, conclui-se que o equipamento atende as especificações técnicas, mas não ofertou o menor preço. Ofertou proposta para o item Bipap, marca Philips, modelo Synchrony III, o qual atende as especificações técnicas, porém não ofertou o menor preço.

LUMIAR HEALT BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP LTDA - Ofertou proposta para o item Bipap, marca BMC, modelo Synchrony III, o qual atende as especificações técnicas e ofertou o menor preço, sagrando vencedora do item em questão.

CONCLUSÃO

Após analisar as propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame, conclui-se que as empresas Susaki & Santos Ltda, Leistung Equipamentos Ltda, Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares Eireli e Lumiar Healt Builders Equipamentos Hosp Ltda ofertaram as melhores propostas, atendendo os requisitos técnicos e financeiros contidos no edital, sagrando-se vencedoras do certame.

Goiânia, 13 de novembro de 2018.


André Luiz Rosso
Engenheiro Clínico-ACCG



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
www.accg.org.br