

AValiação DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 848321/2017

Cotação Eletrônica de Preços Siconv: Edital 007/2018

Equipamentos: Maca de Transferência (dois carros), Laringoscópio Adulto, Bisturi Elétrico, (a partir de 200 W), Mesa Cirúrgica Elétrica, Foco Cirúrgico de Teto e Negatoscópio.

Objetivo

Analisar as propostas referentes à aquisição de equipamentos para serem utilizados no Hospital Araújo Jorge.

Análise

Dentre as propostas recebidas temos:

1 – Foco Cirúrgico de Teto

EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EIRELI - ME - ofertou Foco Cirúrgico, fabricante Med Light, modelo Apollo 200. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que a empresa em questão ofertou menor preço, porém não apresentou por meio de documentação as normas exigidas no edital, como NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-2-4.

SALK MEDICAL SERV E COM. DE PROD P/ A SAÚDE LTDA – EPP - ofertou 01 Foco Cirúrgico, fabricante, Sismatec, modelo Triplex 4LE/MILEC. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que a empresa em questão atendeu os pré-requisitos do edital sagrando-se vencedora.

2 – Maca de Transferência (dois carros)

R3 COMÉRCIO E CONS & TEC. EM SEGURANÇA LTDA - ofertou o Item Maca de Transferência (dois carros), fabricante, UTI Médica, modelo UTI 5359. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que a empresa em questão atendeu os pré-requisitos do edital, porém não ofertou menor preço.

NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM. EIRELI-EPP - ofertou o Item Maca de Transferência, fabricante, Nico Vida Medical, modelo CARE. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que a empresa em questão atendeu os pré-requisitos do edital, sagrando-se vencedora.

RC MÓVEIS LTDA - ofertou o Item Maca de Transferência (dois carros), fabricante, RC moveis modelo RC306. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado não dispõe de 08(oito) roldanas e grades internas ao para-choque, não atendo assim, os itens solicitados no edital.

DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ofertou o Item Maca de Transferência (dois carros), fabricante, Délcio Moveis, modelo D511T. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados,



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
www.accg.org.br

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of an official, is located in the bottom right corner of the page.

constatou-se que o equipamento apresentado não dispõe de 08(oito) roldanas, grades internas ao para-choque e rodízios Evolution, não atendo assim, os itens solicitados no edital.

INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA - ofertou o Item Maca de Transferência (dois carros), fabricante Ortomend, modelo OM 205. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado não dispõe de 08(oito) roldanas, grades internas ao para-choque e rodízios Evolution, não atendo assim, os itens solicitados no edital.

MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - ofertou o Item Maca de Transferência (dois carros), fabricante Inalamed, modelo RB-9013-01. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado não dispõe de 08(oito) roldanas, grades internas ao para-choque e rodízios Evolution, não atendo assim, os itens solicitados no edital.

3 – Bisturi Eletrônico (a partir de 200 W)

INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA - ofertou o Item Bisturi Eletrônico fabricante Valleylab, modelo Force FX. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, porém, não ofertou menor proposta.

NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ofertou o Item Bisturi Eletrônico fabricante Medcir, modelo Power Cut 300 Led. O qual foi solicitado ao fabricante o envio do equipamento em questão para testes em caráter de demonstração, sendo que o mesmo, não foi aprovado pelos cirurgiões, sendo que o equipamento apresentou perda de potência durante o uso, emitindo assim pareceres técnicos contidos nos autos.

LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA- ofertou o Item Bisturi Eletrônico fabricante Erbe, modelo Vaio 300S. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, porém, não ofertou menor proposta.

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ofertou o Item Bisturi Eletrônico fabricante Valleylab, modelo Force FX. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, sagrando-se vencedora do item em questão.

MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - ofertou o Item Bisturi Eletrônico fabricante Deltronix, modelo Precision TC 300. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, porém, não ofertou menor proposta.



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
www.accg.org.br

4 – Mesa Cirúrgica Elétrica

ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ofertou Item Mesa Cirúrgica elétrica, fabricante Ortosintese, modelo MC 357 B. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, não atende as especificações técnicas contidas no edital, pois não apresentou sistema de freio motorizado.

BARFAB IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPTOS HOSP LTDA - ofertou Item Mesa Cirúrgica elétrica, fabricante Barrfab, modelo BF 683 TDP. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, sagrando-se vencedora do item em questão.

MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - ofertou Item Mesa Cirúrgica elétrica, fabricante Ortosintese, modelo MC 357 B. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, constatou-se que o equipamento apresentado, não atende as especificações técnicas contidas no edital, pois não apresentou sistema de freio motorizado.

5 - Laringoscópio

CIRURGICAS CERON EQUIPTOS HOSP E VETERINÁRIOS LTDA – ME ofertou Item Laringoscópio, fabricante MD. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, sagrando-se vencedora do item em questão.


6 – Negatoscópio

MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ofertou Item Negatoscópio dois corpos, fabricante Medi Saúde. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados constatou-se que o equipamento apresentado, atende as especificações técnicas contidas no edital, sagrando-se vencedora do item em questão.

Conclusão

Após analisar as propostas apresentadas pelas empresas, assim como as especificações técnicas dos equipamentos, conclui-se que as empresas Salk Medical Serv e Com. de Produtos p/ Saúde Ltda – Epp, Nicovida Medical Care Indústria e Comércio Eireli - Epp, Auto Suture do Brasil Ltda, Barfab Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda e Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda – Me, Medi Saúde produtos médicos hospitalares eireli apresentaram as melhores propostas para os equipamentos supracitados no parecer acima, atendendo aos requisitos técnicos previsto no edital e valor dentro de nossa dotação orçamentária, sendo assim, foram declaradas vencedoras do certame.

Goiânia, 14 de Fevereiro de 2019.


André Luiz Rosso
Engenheiro Clínico – ACCG



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
www.accg.org.br